

## راه هوایی: تاریخچه، ارزیابی قبل از عمل و اداره راه هوایی در شرایط الکتیو و اورژانس (مقاله مروری)

### چکیده

در این مقاله تاریخچه، ارزیابی راههوایی پیش از بیهوشی و نحوه برخورد با بیماری که احتمال می‌رود اداره راههوایی وی مشکل باشد و یا احتمال دشواری اداره راههوایی در وی پیش‌بینی نشده است مورد مرور قرار می‌گیرد. اکثر مقالات اخیر در زمینه وسایل جدید برای اداره راههوایی و کاربرد آنها در شرایط مختلف در این مقاله لحاظ شده‌اند. این مقاله علل راههوایی مشکل را مورد بررسی قرار می‌دهد و برای برخورد با بیمارانی که به‌نظر می‌رسد راههوایی مشکل دارند راه حل‌های مناسبی ارائه می‌دهد.

**کلمات کلیدی:** راههوایی، پیش‌بینی راههوایی دشوار، اداره راههوایی، دستور العمل‌ها.

زاده حسین خان\*

شهریار اربابی

علیرضا ابراهیم سلطانی

گروه بیهوشی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

\*نویسنده مسئول: گروه بیهوشی، بیمارستان امام خمینی

تلفن: ۰۶۴۳۸۶۳۴

email: khanhz51@yahoo.com

### مقدمه

در ۱۸۹۴ Fall و O'Dwyer پس از تجویز مرفین لوله‌ای به تراشه بیمار وارد کردند و از تهويه با فشار مثبت استفاده کردند. در ۱۸۹۵ Kirstein اولین لارنگوسکوبی مستقیم را بنام خود ثبت کرد.<sup>۵-۹</sup> در طی جنگ جهانی اول با تلاش‌های Macintosh و Magill پیشرفت‌های قابل توجهی صورت گرفت.<sup>۱۰-۱۱</sup> در ۱۹۱۳ Jackson اولین لارنگوسکوب را ابداع کرد که بعدها توسط Miller و Magill و Macintosh اصلاحاتی بر روی آن صورت گرفت.<sup>۱۲</sup> در ۱۹۴۲ کورار لوله‌گذاری تراشه به صورت اقدام بالینی رایج در بالین بیماران بعنوان شل‌کننده عضلانی در بیهوشی عمومی مطرح گردید و به دنبال آن لوله‌گذاری تراشه در جراحی‌های بزرگ رایج گردید و از سال ۱۹۴۵ لوله‌گذاری تراشه به صورت اقدام بالینی رایج در بالین بیماران مطرح گردید. متن و شکل شماره ۱ مربوط به اسناد تاریخی است که بیانگر رویکرد ابوعلی سینا در اداره راههوایی می‌باشد.

اهمیت و ضرورت آشنازی با اداره راه هوایی: انسداد کامل راههوایی در مدت چهار تا ده دقیقه به ایست قلبی منجر می‌شود و تها سه تا پنج دقیقه پس از قطع تنفس ضایعات برگشت‌ناپذیر سیستم اعصاب مرکزی آغاز می‌گردد. اگرچه در بسیاری از موارد اداره راههوایی مطابق با میل فرد تعلیم دیده و با تجربه پیش می‌رود در

تاریخچه: شواهد موجود در متون هندی و مصر باستان نشان می‌دهند که تراکتوستومی از دیرباز برای نجات بیماران مبتلا به مشکلات تنفسی استفاده می‌شد. تا اواسط قرن نوزدهم تنها راه نجات کودکان مبتلا به دیفتری انجام تراکتوستومی بود و Troasseeau تراکتوستومی ۲۰۰ فرد مبتلا به دیفتری را به‌منظور نجات بیماران گزارش داده است.<sup>۱۳</sup> ابوعلی سینا دانشمند صاحب‌نام ایرانی به‌منظور درمان فرد مبتلا به تنگی نفس افتخار اولین لوله‌گذاری از طریق دهان را در گنجینه افتخارات خود دارد<sup>۱۴</sup> (شکل شماره ۱). در برخی از متون غربی اولین گزارش لوله‌گذاری تراشه و تهويه تنفسی در حیوانات به آندره سالیوس در ۱۵۴۳ میلادی متنسب شده است.<sup>۱۵</sup> در سال ۱۸۶۹ فردریش ترننلبرگ برای بیهوش کردن بیمار از طریق تراکتوستومی، لوله‌ای را به تراشه بیمار وارد کرد. گزارشاتی نیز دال بر استفاده ماماها از لوله تنفسی برای کمک به بیماران وجود دارد.<sup>۱۶</sup> در سال ۱۸۷۸ Mc Ewen جراح انگلیسی برای پیشگیری از آسپیراسیون حین جراحی در بیماری که تومور قاعده زبان داشت برای اولین بار لوله‌گذاری تراشه از طریق دهان را انجام داد.

این حال اهمیت راههایی در مرگ و میر ناشی از بیهوشی برای سالها مورد توجه قرار نگرفت. در اواخر قرن ۱۹ تنفس دهان به دهان توصیف شد. پیش‌بینی اشکالات احتمالی اهمیت ویژه‌ای دارد و تا حدودی با ارزیابی بالینی و بررسی مدارک پزشکی و سوابق بیمار ممکن می‌باشد. انسیدانس لارنگوسکپی یا لوله‌گذاری مشکل بین ۱/۵ تا ۱۳٪ گزارش شده است.<sup>۲۰-۲۴</sup> تعاریف متعددی برای راههایی دشوار مطرح شده است اما از آنجا بهترین نوع حفاظت از راههایی لوله‌گذاری از طریق تراشه می‌باشد دشواری اداره راههایی حتی در روش‌هایی که به لوله‌گذاری تراشه نمی‌انجامد با این روش سنجدیده می‌شود. در سال ۱۹۸۴ Cormak و Lehan بهمنظر بیان لوله‌گذاری مشکل در زنان باردار درجه‌بندی اولیه خود را که دارای چهار درجه سختی لارنگوسکپی بود اعلام کردند.<sup>۲۵</sup> در سال ۱۹۹۸ Yentis و Lee با تبدیل درجه دو به دو زیر گروه، آن را اصلاح کردند.<sup>۲۶</sup> هدف نهایی تمامی این آزمون‌ها آن است که متخصص بیهوشی پیش از اقدام به القای بیهوشی و اقدام به لارنگوسکپی آمادگی کامل داشته باشد. Kander و White از رادیولوژی سر و گردن استفاده کردند<sup>۲۷</sup> و اخیراً این کار توسط Bell-House و Dore به‌طور جامع‌تر و با متدولوژی دقیق‌تر انجام گردید<sup>۲۸</sup> در سال ۱۹۵۶ CASS و همکارانش فاصله بین دندانهای پیشین بالا تا لبه خلفی راموس مندیبل و لبه آلوئولر تا لبه تحتانی مندیبل و زاویه مندیبل را مطرح کردند.<sup>۲۹</sup> Horton و همکارانش با گرفتن نمای نیمرخ گردن در حین لارنگوسکوبی ارتباط بین لارنگوسکوب و استخوان هیوئید را بررسی کردند.<sup>۳۰</sup> Chou و Wu با بررسی رادیولوژیک بیمارانشان نشان دادند فاصله عمودی مندیبل تا استخوان هیوئید در موارد لوله‌گذاری مشکل به‌طور قابل توجهی طویل‌تر از افراد گروه کنترل است.<sup>۳۱</sup> البته این نتایج با بررسی‌های دیگر همخوانی کامل ندارد.<sup>۳۲-۳۵</sup> آزمون Mallampati در بسیاری از موارد جهت ارزیابی راههایی به کار می‌رود<sup>۳۶</sup> فاصله تیره‌متال نیز از شایع‌ترین آنها می‌باشد. با وجود سادگی و سهولت انجام در بسیاری از موارد نمی‌توان به آنها اعتماد کرد. مسلماً "یافتن روش‌های ساده و غیرتهاجمی برای پیش‌بینی لوله‌گذاری مشکل UPPER LIP BITE TEST (ULBT) به متخصص بیهوشی این امکان را می‌دهد تا بدون صرف وقت و هزینه بسیار و به‌سادگی بسیاری از موارد لوله‌گذاری مشکل را مشخص نماید.<sup>۲۰-۲۵</sup>

برخی موارد اداره راههایی حتی برای افراد بسیار با تجربه دشوار بوده و حتی غیرممکن به‌نظر می‌رسد و تمام اعضا تیم درمانگر را با تکاپو و استیصال مواجه می‌کند. در چنین مواردی تجربه و هنر پزشک در پیش‌بینی این موضوع و مهیا کردن مقدمات راه‌گشا و مناسب تجلی می‌یابد. بنابراین آشنایی کامل تمامی پزشکان با اصول اولیه اداره راههایی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.

**آناتومی کاربردی راههایی فوقانی:** دسترسی به تراشه از راه بینی و یا از راه دهان ممکن است اما راه دهانی رایج‌تر است.<sup>۳۳</sup> راههایی فوقانی شامل بینی و دهان می‌باشد که به حنجره (نازوفارنکس یا اوروفارنکس) سپس به لارنگوفارنکس یا هیپوفارنکس متنه می‌شود.<sup>۳۴</sup> فارنکس یا حلق لوله‌ای به‌شكل U است که از بافت فیبرو‌ماسکولر تشکیل شده و از قاعده جمجمه تا غضروف کریکوئید در ابتدای مری ادامه دارد. این فضای جلو به حنجره، دهان و بینی باز می‌شود. حنجره حفاظتی راههایی درون حنجره قرار دارد که در هنگام تنفس و تکلم باز و در هنگام بلع بسته شده از ورود مواد غذایی به نای جلوگیری می‌کند. نقش این دریچه به‌عهده اپیگلوت می‌باشد. اپیگلوت با دو چین مخاطی به قاعده زبان متصل است که فضای والکول را تشکیل می‌دهد (تیغه لارنگوسکب خمیده در این ناحیه قرار می‌گیرد) در پایین غضروف اپیگلوت طناب‌های صوتی به‌رنگ صورتی کمرنگ تا سفید وجود دارند که لوله تراشه با عبور از میان آنها تا حدفاصل کریکوئید تا کارینا هدایت می‌شود.<sup>۳۵</sup> راههایی در نوزادان و کودکان کمتر از دو سال با بزرگسالان تفاوت‌هایی دارد که آشنایی با آن لوله‌گذاری تراشه در آنها را تسهیل می‌کند. در نوزادان و کودکان، سر نسبت به کل بدن و زبان نسبت به حفره دهان بزرگتر، مجاری بینی نازک‌تر هستند، حنجره در قدام و بالات قرار داشته و اپیگلوت بلندتر و آویزان می‌باشد. تنگ‌ترین محل تراشه در محل غضروف کریکوئید می‌باشد.<sup>۳۶</sup>

**ارزیابی راه هایی:** Lyman در سال ۱۸۸۱ در حین بیهوشی یک بیمار با کلروفرم تصور کرد که وی مرده است اما با جلو کشیدن زبان بیمار به جلو علایم حیاتی وی بازگشت.<sup>۳۷</sup> John Snow پس از بررسی بر روی مرگ دو بیمار در سال ۱۸۵۰ متوجه شد که آنها نیاز به تهویه کافی داشته‌اند (want of sufficient air to the lungs) با<sup>۱۹</sup>

بالایی و پایینی بیش از پنج سانتیمتر می‌باشد و یا بیمار بتواند دندان‌های پیشین پایینی را جلوتر از بالایی ببرد. اگر فاصله مذکور کمتر از پنج سانتیمتر باشد و دندان‌های پایینی فقط به حد دندان‌های فوقانی برسد، گرید یک و اگر فاصله مذکور کمتر از پنج سانتیمتر باشد و بیمار تواند مندیبل را حرکت دهد گرید دو می‌باشد. پیش آمدن دندان یا مندیبل کوچک با معیارهای  $= 0$  نرمال،  $= 1$  متوسط و  $= 2$  شدید ارزیابی می‌شوند.<sup>۴۹</sup> تست جدیدی بنام ULBT یا گرش لب فوقانی توسط دندان‌های نیش پایینی ارائه شده است<sup>۵۰</sup> که دارای سه کلاس می‌باشد (شکل شماره<sup>۳۳</sup>) این تست توسط دکتر حسین خان و همکاران در ایران طراحی شده است و به صورت زیر انجام می‌شود.

۱: دندان‌های پیشین پایینی به صورتی لب بالا را گرفته که تمام بخش مخاطی پوشیده شده است. ۲: با مانور مشابه بخشی از مخاط دیده می‌شود. ۳: دندان‌های پایین اصلاً "نمی‌توانند لب بالا را بگزند. (نمای روپرتو و از پهلو در تصویر شماتیک دیده می‌شود) مسلمان" یافتن روش‌های ساده و غیر تهاجمی برای پیش‌بینی لوله‌گذاری مشکل ارزش قابل توجهی دارد تست جدیدی بنام گرفتن لب فوقانی (ULCT) Upper Lip Catch Test (ULCT) توسط لب پایینی توسط دکتر زاهد حسین خان و همکاران در ایران جهت ارزیابی راه هوایی در بیماران فاقد دندان طراحی شده است که دارای سه کلاس می‌باشد.<sup>۵۱</sup>

صفر: لب پایینی به صورتی لب بالا را گرفته که تا رینیون رسیده و یا بالاتر از میانه راه بین ورمیلیون و رینیون قرار گرفته. ۱: با مانور مشابه لب پایینی از دو میلیمتر بالاتر از ورمیلیون تا میانه انه راه بین ورمیلیون و رینیون می‌رسد. ۱: لب پایین به ورمیلیون یا حداقل ۲mm بالاتر می‌رسد. ۳: لب پایین حداقل به لب بالا می‌رسد و ورمیلیون را نمی‌پوشاند. در یک مطالعه آزمون گرش لب بالا با آزمون فاصله هیومنتال HMD و تیرواسترنال TSD و طول تنہ فک تحتانی از لحاظ پیش‌بینی لوله‌گذاری دشوار توسط دکتر حسین خان و همکاران<sup>۵۲</sup> مورد بررسی قرار گرفت حساسیت و ویژگی ULBT به ترتیب ۹۳٪ و ۱۰۰٪ بود و این خصوصیات برای TSD به ترتیب ۸۸٪ و صفر درصد بود. کلاس ۳ از ULBT با HMD کمتر از ۳/۵ سانتیمتر  $P=0/000$  ارتباط معنی دار داشت و با ML کمتر از ۹ سانتیمتر  $P=0/000$  ارتباط معنی دار آماری داشت. در این مطالعه آزمون گرش لب بالا بالاترین حساسیت و ویژگی و بالاترین ارزش اخباری مثبت و منفی را داشت.<sup>۶۳</sup> در بررسی دیگر دکتر حسین خان و همکاران ارزش تشخیصی آزمون

آزمون‌های بالینی: آزمون Mallampati اولیه: در این آزمون ارتباط بین اندازه زبان و نمای دهانه گلوت در هنگام لارنگوسکپی بررسی شده است. برای انجام آن بیمار می‌نشیند و پس از بازکردن کامل دهان زبانش را تا حد امکان بیرون می‌آورد<sup>۳۶</sup> و شامل سه کلاس می‌باشد. ۱- پیلاریس‌ها، کام نرم و زبان کوچک دیده می‌شوند ۲- پیلاریس‌ها و کام نرم دیده می‌شوند ولی زبان کوچک دیده نمی‌شود ۳- فقط کام نرم دیده می‌شود، بعدها توسط Samsoon و Young کلاس چهارم و توسط Ezri و همکاران کلاس صفر به آن اضافه شد.<sup>۳۷-۳۸</sup> رویت دهانه گلوت در هنگام لارنگوسکپی به چهار دسته تقسیم می‌شود (Lehan و Cormak اولیه): ۱- گلوت کاملاً نمایان است ۲- قسمتی از گلوت دیده می‌شود ۳- گلوت دیده نمی‌شود ۴- گلوت و غضروف‌های کورنیکولیت دیده نمی‌شوند (شکل شماره<sup>۲</sup>). بعدها Young، Samsoon و Cormak را به چهار افزایش Mallampati دادند. در ۲۴۴ بیماری که به وسیله کلاسیفیکاسیون Mallampati ارزیابی کرد ۹ مورد از ۱۱ مورد رخداد لوله‌گذاری مشکل پیش‌بینی شد اما در ۴۳ مورد نیز مثبت کاذب دیده شد در این بررسی کلاس‌های سه و چهار به عنوان لوله‌گذاری مشکل در نظر گرفته شدند.<sup>۳۹</sup> در زمینه ارزیابی تست Mallampati مطالعات متعدد دیگری نیز صورت گرفته است.<sup>۴۰-۴۴</sup> فاصله تیرومتال: از بریدگی غضروف تیروئید تا بر جستگی چانه اندازه‌گیری می‌شود و سر بايد کاملاً Extend باشد. در این حالت اگر فاصله از شش یا هفت سانتیمتر و یا پهنهای سه انگشت بیشتر باشد لوله‌گذاری ساده و در غیر این صورت دشوار خواهد بود اما در ۴۵ Savva فاصله استرنوموتال را که فاصله بین قسمت بالای استرنوم تا چانه بود مطرح نمود اگر ۱۲/۵ سانتیمتر یا کمتر باشد بیانگر لوله‌گذاری دشوار می‌باشد.<sup>۴۵</sup> در برخی مطالعات این تست از کلاسیفیکاسیون Mallampati و فاصله تیرومتال حساسیت و ویژگی بالاتری برخوردار بوده است. ویلسون و همکارانش در ۶۳۳ بیمار خصوصیات مختلفی را ارزیابی کردند و پنج ریسک فاکتور را به عنوان عوامل موثر در پیش‌بینی راه هوایی مشکل مطرح کردند (Wilson's score). هر عامل امتیازی بین صفر تا دو دارد: وزن کمتر از ۹۰ کیلوگرم = ۰، ۹۰-۱۱۰ کیلوگرم = ۱ و بالای ۱۱۰ کیلوگرم = ۲ امتیاز. حرکات سر و گردن از اکستنسیون تا فلکسیون کامل بیش از ۹۰ درجه = ۰، حدود ۹۰° = ۱ و زیر ۹۰° = ۲ امتیاز. حرکات فک با دو روش ارزیابی می‌شوند. در گرید صفر، فاصله بین دندان‌های پیشین

که کمتر از ۵٪ مخصوصاً بیهوشی در آمریکا با لوله‌های مخصوص مثل کامبی تیوب (Combitube) که در ابتدا تصور می‌شد بدون مهارت در لارنگوسکوپی هم قابل استفاده هستند آشنا هستند<sup>۶۹</sup> و همیشه نیز موقعيت‌آمیز نیست و همینطور آفای والش در سال ۲۰۰۴ نشان داد که هنوز بهترین آلتراتیو برای ونتیلاسون لارنژیال ماسک با ۸۹٪ و بهترین روش آلتراتیو برای انتوباسیون روش‌های تهاجمی با ۱۰۰٪ موقعيت می‌باشد.<sup>۷۰</sup> برخورد راههایی دهانی Oral airway با حلق در بیماران هوشیار منجر به فعال شدن رفلکس gag، تهوع، استفراغ و آسپیراسیون می‌شود.<sup>۷۱</sup> اگرچه امروزه ماسک حنجره‌ای استریجی و آسپیراسیون می‌باشد.<sup>۷۲</sup> Laryngeal Mask Airway (LMA) جایگاه خود را در اداره راههایی ارتقا بخشیده است، لارنگوسکوپ از وسایل بسیار ضروری در اداره راههایی می‌باشد. در حقیقت لارنگوسکوپ یک چراغ قوه تغییر شکل یافته است که برای معاینه حنجره و کمک به گذاشتن لوله تراشه استفاده می‌شود و از بدبو ساخت تاکنون دچار تحولاتی شده است. لارنگوسکوپ از دو جز اصلی تشکیل شده، دسته که با تری‌ها درون آن قرار می‌گیرند و تیغه که زبان و بافت‌های دیگر را جابجا کرده و رویت حنجره را ممکن می‌سازد. انواع تیغه بر اساس شکل نامگذاری می‌شوند دو نوع متداول آن با تیغه مستقیم و تیغه خمیده می‌باشند. تیغه میلر (مستقیم) در سال ۱۹۴۰ توسط آقای میلر، و تیغه مکیتاش (خمیده)<sup>۷۳</sup> در سال ۱۹۴۱ توسط آقای مکیتاش ابداع شد. معمولاً "چهار سایز از این تیغه‌ها موجود است. امروزه انواع دیگر لارنگوسکوپ طراحی و عرضه شده است. مهمترین جزء در حفظ راههایی قرار دادن یک لوله در داخل تراشه می‌باشد این لوله باید مشخصاتی داشته باشد که به تراشه آسیب نزند و در عین حال امکان استفاده برای مدت زمان طولانی را داشته باشند. از این رو در بسیاری موارد از جنس PVC (پلی‌وینیل کلراید) تولید می‌شوند. یک خط رادیوپاک بر روی لوله‌های تراشه تعییه شده است تا در گرافی رادیولوژیک دیده شود<sup>۷۴</sup> و یک سوراخ در انتهای تحتانی لوله در سمت مخالف اینجا به نام Morphy's eye وجود دارد که مانع بسته شدن نوک لوله بر اثر تماس با سطح تراشه و یا تجمع ترشحات می‌شود. بهمنظور قرارگیری بهتر لوله تراشه و همچنین ممانعت از ورود ترشحات یا هرگونه مواد اضافی به داخل تراشه وریه‌ها یک بادکنک (cuff) در نزدیکی رأس لوله تراشه طراحی شده که در زمانی که پر از هوا یا مایع باشد به جدار تراشه می‌چسبد. برای جدا کردن

گرش لب بالا با آزمون فاصله دندانهای ثنايا و تیرومیتال TM و فاصله استرنومیتال را برای پیش‌بینی لوله‌گذاری دشوار مورد بررسی قرار دادند و براساس داده‌های ایشان تست گرش لب‌فوکانی بطور معنی داری ارزش تشخیصی بالاتری را به خود اختصاص می‌داد.<sup>۷۵</sup><sup>۷۶</sup><sup>۷۷</sup> در سال ۱۹۹۸، Bilgin و همکاران کارائی سه آزمون ویلسون، مالامپتی و فاصله تیرومیتال را در جمعیت زنان ترکیه مورد بررسی قرار دادند و ۵۰۰ بیمار را وارد مطالعه کردند.<sup>۷۸</sup> آنها معتقدند در بررسی ایشان ویلسون حساس‌ترین تست و فاصله تیرومیتال دارای بیشترین ارزش تشخیصی مثبت می‌باشد. Wong و Hung در ۱۹۹۹ بررسی مشابهی را در زنان چین انجام دادند و اکستانسیون آتلانتو اکسپیتال، مالامپتی و فاصله تیرومیتال را ارزیابی کردند ایشان استفاده همزمان از چند تست را پیشنهاد می‌کنند.<sup>۷۹</sup> Lee و همکاران در سال ۲۰۰۶ مقاله مروری را منتشر کردند که در آن صحبت آزمون مالامپتی مورد ارزیابی قرار گرفت آنها معتقدند این آزمون از صحبت بالایی برخوردار نیست و نتیجه انجام آن به فرد مجری وابسته است.<sup>۸۰</sup><sup>۸۱</sup><sup>۸۲</sup> اداره راه هوایی: ناتوانی در حفظ راههایی در فردی که درجهات از کاهش سطح هشیاری دارد به مرگ منجر می‌شود. برای باز نگاه داشتن راه هوایی سه مانور ساده وجود دارد. در مواردی که از سلامت مهره‌های گردنی اطمینان داریم سر را به عقب خم می‌کنیم (Head Tilt). مرحله بعدی بالا کشیدن چانه با انگشت است (Chin lift) و سپس با کمک انگشتان دست استخوان مندبیل بالا آورده می‌شود (Jaw thrust). در صورتی که علیرغم اقدامات فوق راههایی باز نشد یا افت سطح هشیاری بیمار به درازا کشید استفاده از ابزار کمکی ضروری است.

روشها و ابزار مقدماتی: به منظور حفظ راههایی تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است که شامل استفاده از یک قطعه لوله تا ابزار پیشرفته همچون کامبی تیوب و لارنژیال ماسک می‌باشد تا سال ۱۹۸۸ این تلاشها فقط منجر به ابداع وسایلی همچون ماسک، ایروی، لوله تراشه، لارنگوسکوپ شد اما از سال ۱۹۹۳ که اولین الگوریتم رسمی در برخورد با راههایی دشوار توسط انجمن بیهوشی آمریکا تدوین شد تلاش‌های بیشتری برای ابداع وسائل و تکنیکهای مختلف به عمل آمد.<sup>۸۳</sup> تکنیکهایی همچون روش لوله‌گذاری رتروگراد، یا استفاده از لارنگوسکوپ فیراپتیک و لارنگوسکپهای ویژه یا بوژی بعدها افروزده شد در بررسی‌های بعدی که در سال ۲۰۰۴ انجام شد نشان داده شد

مجدداً "پوزیشن داده، لوله را خارج نمود و با بگ (bag) و ماسک بیمار را ونتیله کرد و از تیغه متفاوتی استفاده به عمل آورد. استفاده از لوله تراشه با سایز کوچکتر و نیز از stylet توصیه می شود.<sup>۷۲</sup> در صورت اطمینان از لوله گذاری صحیح، توسط چسب یا باند لوله را فیکس نمائید برای پیشگیری از گاز گرفتن لوله از رول گاز یا راه هوایی دهانی (OPA) Oropharyngeal Airway استفاده شود.

غیر از روش مرسوم لوله گذاری از راه دهان روشهای غیر مرسوم مثل لوله گذاری از راه بینی، لوله گذاری رتروگراد، لوله گذاری بیدار یا Awake intubation لوله گذاری از طریق LMA نیز وجود دارد اما انتخاب روش صحیح باید بر اساس الگوریتم ارایه شده توسط ASA ممکن است به راحتی حاصل نشود. در روش نازل دقیقاً " مشابه روش اورال می باشد با فرق اینکه لوله تراشه باید با استفاده از لوبریکانت وارد بینی شود و تا اوروفارنکس جلو برده شود سپس با استفاده از پنس مگیل حین لارنگوسکوپی لوله به داخل تراشه هدایت می شود.<sup>۷۳-۸۰</sup>

روشهای جایگزین برای انتوپاسیون تراشه: Benumof<sup>۸۱</sup> که در زمینه استفاده از لارنژیال ماسک تحقیقات گسترهای دارد<sup>۸۵-۸۹</sup> به این اعتقاد رسیده است که با توجه به درصد موقت استفاده از LMA و سهولت کار با آن درمواردی که بتوان بیمار را با ماسک ونتیله کرد به راحتی می توان از ماسک لارنژیال برای مراقبت از بیمار استفاده کرد و در بیماران با لوله گذاری مشکل راه حل خوبی است زیرا می توان جهت باز نگه داشتن راه هوایی و لوله گذاری نیز از طریق آن اقدام نمود.<sup>۷۴-۸۹</sup> با استفاده از یک بوژی که از طریق LMA به تراشه هدایت می شود می توان اقدام به لوله گذاری کرد و یا از فیراپتیک برونکوسکوپ استفاده به عمل آورد یعنی با دید مستقیم بوژی را به تراشه هدایت نموده سپس لارنژیال ماسک و برونکوسکوپ را خارج می کنیم گاهی نیز لوله تراشه شماره ۶ را از طریق برونکوسکوپ مستقیم وارد تراشه می کنیم برای این کار نیاز به لارنژیال ماسک مخصوص خواهیم داشت. به مرور زمان با تغییراتی که روی LMA به عمل آمد وسیله ای به نام Fastrach که مشابه LMA می باشد (با این تفاوت که از طریق مجرای آن می توان لوله تراشه را به صورت کورکرانه وارد گلوت کرد) ابداع شد.<sup>۹۰</sup> یک لوله حلقی دارای کاف Cuffed Pharyngeal Tube (CPT) به صورت دست ساز توسط دکتر تشید از استاید رشته بیهوشی در ایران<sup>۹۱</sup> برای باز نگهداشتن راه هوایی

ریه ها از هم لوله هایی با دو مجرأ (Double Lumen Tube) طراحی شده اند. لوله های فندرار (Armored) که دارای سیم در جدار آنها می باشند نیز در موادردی که تراشه تحت فشار خواهد بود و احتمال انسداد آن وجود دارد به کار می روند. لوله هایی نیز با طرح های مختلف ساخته شده اند (مثل RAE) که با زاویه های خاص برای کاربردهای ویژه طراحی گردیده اند. اندازه لوله های تراشه معمولاً<sup>۹۲</sup> بر اساس قطر داخلی بر حسب میلیمتر شماره گذاری می شود و از شماره دو تا هشت جهت مصرف در نوزادان نارس زیر دو کیلوگرم تا مردان بالغ وجود دارند. Stylet یک سیم فلزی انعطاف پذیر است که گاهی اوقات به دلیل بالا بودن و یا قدامی بودن تراشه به دلیل کوچک بودن چانه برای شکل دادن لوله مورد استفاده قرار می گیرد برخی انواع آن دارای منبع نور در انتهای می باشند<sup>۷۳</sup> قبل از اقدام به لوله گذاری باید از در دسترس بودن تجهیزات مطمئن باشیم:<sup>۷۴</sup> ۱- لارنگوسکوپ را روشن نموده از داشتن چند تیغه با سایزهای مختلف مطمئن باشیم. ۲- لوله تراشه مناسب را تهیه نموده و با یک سرنگ ده میلی لیتری کاف آن را امتحان نماییم. ۳- اتصال لوله به دستگاه بیهوشی را چک کنیم. ۴- استیلت در دسترس باشد. ۵- از یک ساکشن سالم که کار آن را چک کرده ایم مطمئن شویم. ۶- چسب برای فیکس کردن لوله تراشه در اختیار باشد. پس از اطمینان از وسائل باید پوزیشن مناسب را برای بیمار ایجاد کرد. سر بیمار باید در محاذات غضروف زایفونید لوله گذار باشد. مفصل آتلانتواکسیپیتال را باید باز کرده و کمی چانه به جلو کشید این پوزیشن را Sniff position گویند.<sup>۷۴</sup> تیغه های منحنی، در حفره والکولا بین اپی گلوت و زبان قرار می گیرد در حالیکه تیغه های مستقیم روی اپی گلوت قرار می گیرد. با فشار مناسب و بالا کشیدن دسته لارنگوسکوپ گلوت دیده می شود<sup>۷۵</sup> و می توان اقدام به لوله گذاری کرد. لوله تراشه باید توسط دست راست و از سمت راست دهان هدایت شود و از بین وکال کوردها به اندازه یک سانتی متر بالاتر از کارینتا فیکس شده سپس لارنگوسکوپ به آهستگی بیرون کشیده شده و کاف لوله تراشه با هوا پر می شود. برای تائید لوله گذاری صحیح از سمع قفسه صدری برای صدای تنفسی، چک کاپنوگراف از نظر CO<sub>2</sub> بازدمی، چک اتصالات و لوله تراشه از نظر خروج بخار هوای بازدمی و نیز چک قفسه صدری از نظر اتساع حین دم.<sup>۷۶-۷۷</sup> در صورت ناموفق بودن باید آماده اقدام بعدی شد. بیمار را

سازندگان این وسایل کار با آنها ساده نیست و در ایالات متحده آمریکا در مطالعه‌ای که به عمل آمد کمتر از ۵۰٪ متخصصان با کار با این وسایل آشنا بودند.<sup>۷۲</sup> Light Wand یک میله بلند و متحرک است که در انتهای آن نوری قوی وجود دارد که لوله تراشه را روی آن قرار داده است و با راهنمائی آن به تراشه هدایت می‌کنند نور قوی آن از ورای پوست قابل دیدن است. استفاده از آن در بیماران چاق بسیار مشکل است و بهتر است در اتفاقی تاریک استفاده شود<sup>۷۱-۷۳</sup> لارنگوسکب Bonfis در حقیقت یک فیبرسکب انعطاف‌ناپذیر می‌باشد که بر حسب دندان‌های آسیا به دهان وارد می‌شود و با یک مانور در مقابل دهانه گلوت قرار می‌گیرد. گلایداسکوب نیز با بهره‌مندی از تکنولوژی الکترونیک با استفاده از یک لنز در رأس لارنگوسکب امکان رویت کامل حفره دهان و اپیگلوت بر روی صفحه نمایشگر را فراهم می‌آورد و بیشتر می‌تواند برای مقاصد آموزشی کمک‌کننده باشد.

#### استراتژی انتوپاسیون در بیماران با راه‌های مشکل:

با یک جمله نمی‌توان تعریف واحدی از "راه‌هایی مشکل" ارائه داد برای حل این مشکل از طرف انجمن‌های متعدد مثل انجمن بیهوشی آمریکا راهنمایی به صورت ASA Guide line است که در مجله آنسٹریولوژی سال ۲۰۰۳ به چاپ رسیده است در این راهنمایی مشکل شامل مجموعه‌ای از فاکتورهایی است که عوامل کلینیکی و مهارت فردی که اقدام به این کار می‌کند را در بر می‌گیرند از جمله این تعاریف عبارتند از:

Difficult Face Mask Ventilation؛ ناتوانی در ونتیله کردن به دلیل نشت گاز، عدم حرکت قفسه صدری، مقاومت در مقابل ورود گاز، Difficult Laryngoscopy؛ ناتوانی در دیدن و کال کورد در طی چندین تلاش، Difficult Tracheal Intubation؛ انجام انتوپاسیون با چندین تلاش متوالی در حضور یا غیاب پاتولوژی و بالاخره Failed Intubation؛ عبارت است از ناتوانی در قرار دادن لوله تراشه پس از چند تلاش مکرر. اولین دستورالعمل در مورد راه‌هایی مشکل در سال ۱۹۹۳ از طرف انجمن بیهوشی آمریکا (ASA) ارائه شد.<sup>۷۴</sup> در بیمارانی که خوب همکاری می‌کنند و آرامش خوبی دارند می‌توان از راه دهان و در شرایط بیداری برای لوله‌گذاری اقدام کرد استفاده از لارنگوسکوب‌های رایج می‌تواند خیلی تحریک کننده باشد و استفاده از بی‌حس کننده‌های موضعی مناسب، بلوك اعصاب منطقه و پیش دارو را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. هرچند اگر حین لارنگوسکوبی گلوت

فوچانی در حین بیهوشی به‌طور موفقیت‌آمیزی در یک زن ۴۶ ساله با مالامپاتی کلاس چهار و نیز در بیمار دیگری که به‌دلیل آسیب و شکستگی مهره‌های گردنی در کشش بوسیله هالو قرار داشت استفاده شد. آقای دکتر تشید معتقد است روشهای وسایل متعدد برای مقابله با انتوپاسیون دشوار عرضه شده‌اند که اغلب استفاده از آنها در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل پیچیدگی انجام یا هزینه بالا و یا عدم دسترسی میسر نمی‌باشد. طراحی وسیله مذکور به‌همین دلیل توسط ایشان صورت گرفته است که بعدها توسط شرکت سوپا به تولید آنوه رسید و در سراسر کشور برای بیمارانی که احتمال می‌رفت لوله‌گذاری آنها دشوار باشد مورد استفاده قرار گرفت. استفاده از لارنگوسکب عمومی در موارد لوله‌گذاری مشکل این ایده را ایجاد کرد که شاید با اعمال تغییراتی در لارنگوسکوب می‌توان انجام لوله‌گذاری را آسان‌تر کرد لذا لارنگوسکب با تیغه متحرک یا لارنگوسکوب Macoy با این ایده طراحی شد و به ما اجازه می‌دهد تا ابی گلوت را کنار بزنیم.<sup>۷۱ و ۷۲</sup> لارنگوسکوب بولارد (Boulard) ترکیبی از فیبراسکوب و لارنگوسکوب و کمی بلندتر از لارنگوسکوبهای عمومی می‌باشد و واحد منبع نور در انتهای می‌باشد و در موارد لوله‌گذاری مشکل دید بهتری به ما می‌دهد. نحوه کار این لارنگوسکب مشابه دیگر انواع لانگوسکوب است.<sup>۷۱ و ۷۲</sup> با توجه به سختی استفاده از لارنگوسکوب و نیاز به مهارت سعی در تولید وسایلی شد که بدون نیاز به لارنگوسکوبی بتوان راه‌هایی را حفظ نمود Cuffed Oropharyngeal Airway (COPA) وسیله‌ای است که بدون نیاز به لارنگوسکوبی می‌توان از آن استفاده کرد و طوری طراحی شده است که با برقرار کردن راه‌هایی و با استفاده از دو کاف آن ورود هوا به داخل تراشه ممکن می‌شود اما از نظر امنیت راه‌هایی هیچگاه با لوله تراشه و LMA قابل قیاس نیست.<sup>۹۵</sup> همینطور Esophageal Combitube یک لوله دو مجرایی است با دو کاف که به صورت کورکرانه به داخل حلق وارد می‌شود که معمولاً مجرای لوله بزرگتر در ابتدای ورودی مری قرار گرفته و با اتساع کاف آن می‌توان از خروج ترشحات و استفراغ به راه‌هایی جلوگیری کرد<sup>۹۰</sup> و معجرای لوله دوم در مقابل تراشه قرار می‌گیرد و در صورتی که به‌طور اتفاقی مجرای لوله بزرگتر وارد تراشه شود با اتساع کاف تحتانی همانند یک لوله تراشه عمل می‌کند.<sup>۹۰ و ۹۶</sup> البته در موارد نادر امکان دارد که لوله بلندتر وارد تراشه شود که در این صورت راه‌هایی به خوبی محافظت می‌گردد. البته برخلاف ادعای

و نتیلاسیون از طریق تراشه با استفاده از کاتتری با سایز ۱۴ که از مامبران کریکوتیروئید وارد تراشه می‌شود یک راه سریع و مطمئن برای مقابله با هیپوکسی می‌باشد اما "عمولاً" منجر به اسیدوز تنفسی شده و دفع دی‌اکسیدکربن با اشکال روپرتو می‌گردد این روش که تحت عنوان Percutaneous Transtracheal Ventilation (PTV) نامیده می‌شود فقط به عنوان یک روش آلترناتیو و کوتاه مدت قابل استفاده است و گام بعدی Surgical cricothyroidotomy که ممکن باشد.<sup>۹۷</sup>


**کریکوتیروئومی:** با استفاده از برشی که روی پوست دقیقاً روی مامبران کریکو تیروئید داده می‌شود مامبران را با استفاده از یک هموستات کرو سوراخ نموده و یک لوله تراشه با سایز کوچک و یا لوله تراکنوستومی وارد می‌نماییم. در بچه‌های زیر ۱۲ سال این روش توصیه نمی‌شود. یک روش برای دستیابی سریع و مطمئن ولی تهاجمی به راههوائی می‌باشد که در عین حال که ساده است می‌تواند عوارضی همچون خونریزی، پارگی مری و پنوموتوراکس داشته باشد اما علیرغم مشکلات ذکر شده روش موثری برای نجات جان بیمار است و تا ۱۰۰٪ می‌تواند به عنوان روش آلترناتیو برای لوله‌گذاری مشکل از پیش مشخص شده باشد.<sup>۹۸</sup>

Trans Tracheal Jet ventilation (TTJV) وسیله‌ای است که مقدار مشخص اکسیژن را با تواتر زیاد به داخل تراشه جت می‌کند می‌توان با استفاده از یک کاتتر مخصوص که از مامبران کریکو تیروئید وارد می‌شود از آن استفاده کرد خطر باروتروم، پنومومدیاستن و آمفیزم زیرجلدی مهمترین و جدیترین عارضه این تکنیک می‌باشد.<sup>۹۹</sup> لازم به ذکر است اطلاع از نحوه خروج لوله تراشه کم اهمیت‌تر از آشنائی با روش لوله‌گذاری نیست شرایطی همچون مهارت و تجربه لوله‌گذار وضعیت بالینی بیمار جزء موارد مهم در این استراتژی هستند.<sup>۹۷</sup>

**نتیجه‌گیری:** اشکال در ارزیابی دقیق راههوائی می‌تواند به شرایطی منجر شود که در آن متخصص بیهوشی پس از تجویز دارو و بروز آپنه نتواند راههوایی بیمار را اداره کند و تلاش‌های مکرر برای حفظ راههوایی هیپوکسی را تشدید کرده و منجر به افزایش بروز ترومای و احتمال آسپیراسیون محتويات معده می‌شود. نکته مهم این است که آنچه بیشترین آسیب راه به بیمار وارد می‌کند ناتوانی در انتوپاسیون نیست بلکه این انتوپاسیون اشتباہی و ناتوانی در تهویه بیمار است که می‌تواند به مرگ بیانجامد. بنابراین ارزیابی راههوائی باید پایه و اساس ارزیابی هر متخصص بیهوشی باشد.

به خوبی دیده شود می‌توان روش بیهوشی عمومی را نیز انتخاب کرد ولی در بیمارانی که مشکل راههوائی دارند باید از روش‌های دیگر مثل فیراپتیک لارنگوسکوپ استفاده کرد<sup>۷۸ و ۹۷</sup> که "عمولاً" از راه بینی راحت‌تر می‌باشد. در صورت نیاز به بیهوشی عمومی ترجیحاً باید اقدام به انتوپاسیون awake شود. این روش به بیمار اجازه می‌دهد که امنیت راههوائی خود را تامین کند<sup>۷۹ و ۹۰</sup> در روش لوله‌گذاری بیدار می‌توان از راه دهانی یا بینی اقدام کرد. که هرچند ممکن است باعث خونریزی شود ولی آسان‌تر می‌باشد. در این روش‌ها همکاری بیمار ضروری است لذا باید اهمیت این مسئله به بیمار توضیح داده شود. برای این کار ممکن است از بروونکوسکوپ فیراپتیک قابل انعطاف استفاده شود<sup>۹۱</sup> و یا از دیگر فیراپتیک‌ها و یا لارنگوسکوپ مستقیم استفاده کرد. برخی مواقع می‌توان از سیستوسکوپ استفاده نمود.<sup>۷۸ و ۹۷</sup> بعضی از متخصصین بیهوشی با استفاده از صدای تنفسی و پوزیشن دادن سر و گردن لوله تراشه را از بینی به داخل تراشه هدایت می‌کنند که البته به مهارت فردی و قابلیت حرکت سر و گردن بستگی دارد. البته با توجه به سختی استفاده از فیراپتیک و نداشتن امکانات در همه جا از روش‌های مناسب می‌توان از روش رتروگراد انتوپاسیون نام برد. این تکنیک اولین بار در نیجریه در بیماری با Cancrum oris ابداء شد.<sup>۹۳</sup> یک سیم یا واير یا کاتتر اپی دورال را از مامبران کریکوتیروئید عبور داده و در جهت فوقانی هدایت می‌کنیم پس از اینکه کاتتر از بینی یا دهان خارج شد با استفاده از آن لوله‌تراشه‌ای را به داخل گلوت یا تراشه هدایت می‌کنیم. زاویه نوک لوله تراشه نباید به سمت جلو باشد چرا که ممکن است به لارنکس بچسبد به همین دلیل دقت شود زاویه نوک لوله تراشه به سمت خلف باشد. گاهی از این واير یا کاتتر جهت هدایت فیراپتیک بروونکوسکوپ استفاده می‌شود. یک کاتتر متسع‌کننده یکبار مصرف که سوراخی در میان دارد و یک نوک باریک شده دارد برای این منظور مناسب است. اگر نخ یا واير از دهان خارج شد می‌توان نخی را از بینی فرستاد و در دهان به کاتتر گره زده و از بینی خارج نمود. در بیماران ترومایی که روش‌های مرسوم موفق نیست روش رتروگراد خیلی موثر است.<sup>۹۳</sup> تراکنوستومی بیدار با استفاده از داروهای بی‌حسی بهترین راه حل برای مواردی است که لوله‌گذاری تقریباً غیرممکن است و روش رژیونال آنسٹری برای بیمار قابل استفاده نیست.

**روش‌های تهاجمی حفظ راههوائی:**



شکل-۳: نمای رخ و نیمرخ نحوه انجام و طبقه بندی آزمون گزش لب فوقانی

### IBN SINA (AVICENNA) ADVOCATED OROTRACHEAL INTUBATION 1000 YEARS AGO



**Et quandoque intromittitur in gutture canula facta de auro aut argento: aut silibus ambobus adiuvando ad inspirandum:**

#### Latin:

"Et quandoque intromittitur in gutture canula facta de auro aut argento: aut silibus ambobus, adiuvando ad inspirandum":

(Latin Liber 3 Fen 9, the quotation of orotracheal intubation)<sup>(2)</sup>

"When necessary, a cannula of gold, silver: or another suitable material, is advanced down the throat to support inspiration"<sup>(2)</sup>.



(1) MUSTAFA A. SHEHATA History of Laryngeal Intubation. *Middle East J Anesth*; 6:49-55, 1981.

(2) L. BRANDT The First Reported Oral Intubation of the Human Trachea. *Anesth Analg*; 66:1198-1199, 1987.


#### Latin:

*"Et quandoque intromittitur in gutture canula facta de auro aut argento:aut silibus ambobis, adjuvando ad inspirandum". Latin libre 3 Fen 9, the quotation of orotracheal intubation.*

"when necessary, a gold , silver, or another suitable material, is advanced down the throat to support inspiration"

Ibn Sina (Avicenna) the famous and renowned Iranian physician and philosopher advocated orotracheal intubation 1000 years ago.

شکل-۱: اسناد تاریخی ترجمه لاتین و دست نویس کتاب قانون ابوعلی سینا



شکل-۴: نمای رخ و نیمرخ نحوه انجام و طبقه بندی آزمون گرفتن لب فوقانی




Fig.1 : Mallampati classification (Class I-IV)

شکل-۲: کلاسیفیکاسیون مالامپاتی

## References

- Shehat MA. History of laryngeal intubation. *Middle East J Anaesthesiol* 1981; 6: 49-53.
- Brandt L. The first oral intubation of the human trachea. *Anesth Analg* 1987; 66: 1198-9.
- Vallejo-Manzur F, Perkins Y, Varon J, Baskett P. The resuscitation greats. *Resuscitation* 2003; 56: 3-7.
- Ezri T, Evron S, Hadad H, Roth Y. Tracheostomy and endotracheal intubation: a short history. *Harefuah* 2005; 144: 891-3.
- Luckhaupt H, Bertram G, Brusig T. History of surgical interventions in the paranasal sinuses. *HNO* 1990; 38: 279-86.
- Brandt L. The history of endotracheal anesthesia, with special regard to the development of the endotracheal tube *Anesthesist* 1986; 35: 523-30.
- Booth JB. Tracheostomy and tracheal intubation in military history. *J R Soc Med* 2000; 93: 380-3.
- Franco Grande A, Martinon JM, Pombo MV, Ginesta V, Banos G. Historical evolution of tracheal intubation. Apropos of Franz Kuhn in the anniversary of his death. *Rev Esp Anestesiol Reanim* 1979; 26: 243-54.
- Brandt L, Pokar H, Schutte H. 100 years of intubation anaesthesia. William Macewen, a pioneer of endotracheal intubation. *Anaesthesia* 1983; 32: 200-4.
- Glogov S. Endotracheal intubation. its evolution. *Khirurgija* 1990; 43: 65-73.
- Goerig M, Filos K, Renz D. Joseph O'Dwyer, a pioneer in endotracheal intubation and pressure respiration. *Anasth Intensivther Notfallmed* 1988; 23: 244-51.
- Stoller JK. The history of intubation, tracheotomy and airway appliances. *Respir Care* 1999; 44: 595-601.
- Morris IR. Functional anatomy of the upper airway. *Emerg Med Clin North Am* 1988; 6: 639-69.
- Young GP. Clinical Airway Anatomy. In: Dailey RH, Simon, B, Young GP, Stewart RD, Editors. The airway: emergency management. 1st ed. St. Louis, MO: Mosby Year Book: 1992; p. 3-13.
- Varon J, Fromm RE. Airway management. In: Varon J, Editors. Practical guide to the care of the critically ill patient. 1st ed. St. Louis, MO: Mosby Year Book: 1994; p. 321-39.
- Swamy MN, Mallikarjun D. Applied aspects of anatomy and physiology of relevance. *Indian J Anesth* 2004; 48: 333-9.
- Rajagopal MR, Jerry Paul. Applied anatomy and physiology of the airway and breathing. *Indian J Anesth* 2005; 49: 251-6.
- Lyman HM. Artificial anaesthesia and anaesthesia. New York: William Wood & Company; 1881.
- Snow J. On chloroform and other anaesthetics. London: Churchill; 1985: 74.
- Khan ZH, Kashfi A, Ebrahimkhani E. A comparison of the upper lip bite test (a simple new technique) with modified Mallampati classification in predicting difficulty in endotracheal intubation: a prospective blinded study. *Anesth Analg* 2003; 96: 595-9.
- Khan ZH, Lectured: Airway Assessment and Management in Critical Setting [In English] at the Franco-Iranian Seminar on Emergency Medicine. The third collaborative Medical Seminar. T Razi Center, Tehran 2004; 29-30.
- حسین خان زاهد. ارزیابی راه هوایی قبل از بیهوشی (سخنرانی) کنفرانس علمی ماهیانه انجمن آستئیولوژی و مراقبت ویژه ایران. تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران. ۱۳۸۳.
- حسین خان زاهد. ارزیابی راه هوایی. سخنرانی Airway Management, CPR, گروه بیهوشی و مراقبتها ویژه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. تهران: بیمارستان لیانی نژاد، ۱۲ الی ۱۳ مرداد ۱۳۸۵.
- حسین خان زاهد. ارزیابی راه هوایی. (سخنرانی) برنامه مدون یکروزه گروه بیهوشی با همکاری دفتر آموزس مدام دانشگاه علوم پزشکی تهران. بیمارستان امام خمینی (ره). ۱۳۸۵.
- Cormack RS, Lehane J. Difficult tracheal intubation in obstetrics. *Anaesthesia* 1984; 39: 1105-11.
- Yentis SM, Lee DJ. Evaluation of an improved scoring system for the grading of direct laryngoscopy. *Anaesthesia* 1998; 53: 1041-4.
- White A, Kander PL. Anatomical factors in difficult direct laryngoscopy. *Br J Anaesth* 1975; 47: 468-74.
- Bellhouse CP, Dore C. Criteria for estimating likelihood of difficulty of endotracheal intubation with the Macintosh laryngoscope. *Anaesth Intens Care* 1988; 16: 329-37.
- Cass NM, James NR, Lines V. Difficult direct laryngoscopy complicating intubation for anaesthesia. *Br Med J* 1956; 1: 488-9.
- Horton WA, Fahy L, Charters P. Failure to control the hyoid-a common mechanism in difficult intubation with the Macintosh blade? *Br J Anaesth* 1988; 61: 506-7.
- Chou HC, Wu TL. Mandibulohyoid distance in difficult laryngoscopy. *Br J Anaesth* 1993; 71: 335-9.
- Oates JD, Macleod AD, Oates PD, Pearsall FJ, Howie JC, Murray GD. Comparison of two methods for predicting difficult intubation. *Br J Anaesth* 1991; 66: 305-9.
- Butler PJ, Dhara SS. Prediction of difficult laryngoscopy: an assessment of thyromental distance and Mallampati predictive tests. *Anaesth Intensive Care* 1992; 20: 139-42.
- Lewis M, Keramati S, Benumof JL, Berry CC. What is the best way to determine oropharyngeal classification and mandibular space length to predict difficult laryngoscopy? *Anesthesiology* 1994; 81: 69-75.
- Rocke DA, Murray WB, Rout CC, Gouws E. Relative risk analysis of factors associated with difficult intubation in obstetric anesthesia. *Anesthesiology* 1992; 77: 67-73.
- Mallampati SR, Gatt SP, Gugino LD, Desai SP, Waraksa B, Freiberger D. A clinical sign to predict difficult tracheal intubation: a prospective study. *Can Anaesth Soc J* 1985; 32: 429-34.
- Samsoon GL, Young JR. Difficult tracheal intubation: a retrospective study. *Anaesthesia* 1987; 42: 487-90.
- Ezri T, Warters RD, Szmulk P, Saad-Eddin H, Geva D, Katz J, et al. The incidence of class "zero" airway and the impact of Mallampati score, age, sex, and body mass index

- on prediction of laryngoscopy grade. *Anesth Analg* 2001; 93: 1073-5.
39. Frerk CM. Predicting difficult intubation. *Anaesthesia* 1991; 46: 1005-8.
40. King TA, Adams AP. Failed tracheal intubation. *Br J Anaesth* 1990; 65: 400-14.
41. Cobley M, Vaughan RS. Recognition and management of difficult airway problems. *Br J Anaesth* 1992; 68: 90-7.
42. Murrin KR. Intubation procedure and causes of difficult intubation. In: Latto IP, Rosen M, Editors. *Difficulties in tracheal intubation*. London: Bailliere Tindall; 1985; p. 75-89.
43. Williams KN, Carli F, Cormack RS. Unexpected, difficult laryngoscopy: a prospective survey in routine general surgery. *Br J Anaesth* 1991; 66: 38-44.
44. Latto IP. Management of difficult intubation. In: Latto IP, Rosen M, Editors. *Difficulties in tracheal intubation*. London: Bailliere Tindall; 1985; p. 99-141.
45. Krobbaaban B, Diregpoke S, Kumkeaw S. An assessment of the ratio of height to thyromental distance compared to thyromental distance as a predictive test for prediction of difficult tracheal intubation in Thai patients. *J Med Assoc Thai* 2006; 89: 638-42.
46. Schmitt HJ, Kirmse M, Radespiel-Troger M. Ratio of patient's height to thyromental distance improves prediction of difficult laryngoscopy. *Anaesth Intensive Care* 2002; 30: 763-5.
47. Krobbaaban B, Diregpoke S, Kumkeaw S, Tanomsat M. The predictive value of the height ratio and thyromental distance: four predictive tests for difficult laryngoscopy. *Anesth Analg* 2005; 101: 1542-5.
48. Savva D. Prediction of difficult tracheal intubation. *Br J Anaesth* 1994; 73: 149-53.
49. Wilson ME, Spiegelhalter D, Robertson JA, Lesser P. Predicting difficult intubation. *Br J Anaesth* 1988; 61: 211-6.
50. Khan ZH, Kashfi A. Evaluating a Patient's Airway. *Anesth Analg* 2003; 97: 915-6. [In: Response]
51. Khan ZH, Tewari P, Kashfi A. Alas too big a bite. *Anesth Analg* 2003; 97: 1196-7. [In: Response]
٥٢. حسین خان زاهد، ملکی آناید. مقایسه تست گازگرفتن لب بالا با فاصله هیومنتال و تیروستاتال و طول فک تحتانی برای تایید لوله گذاری مشکل داخل تراشه. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت ویژه ایران ۱۳۸۴؛ سال ۲۷، شماره ۲۹: صفحات ۵ تا ۱۱.
٥٣. حسین خان زاهد، محمدی مصطفی. مقایسه تست لب گزره (ULBT) با آزمون های فاصله دندانهای ثابی، تیروستاتال و استرئومتال در ارزیابی را هواهی فوقانی و پیشگویی لوله گذاری دشوار. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۵؛ سال ۲۸، شماره ۵۴: صفحات ۴۲ تا ۵۰.
٥٤. سلیمی علیرضا، فرزانگان بهروز، رامبد مهدی. مقایسه دو روش گازگرفتن لب بالا و اندازه گیری فاصله تیروستات-چانه در پیشینی لوله گذاری دشوار. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت ویژه ایران ۱۳۸۵؛ سال ۲۸، شماره ۵۴: صفحات ۴۲ تا ۵۰.
55. Khan ZH, Mohammadi MA. Comparison of the Upper lip Bite test with Sternomental, Thyromental and interincisor distances in predicting difficult intubation in Imam Khomeini hospital. Presented at the 62nd Canadian Anesthesiologists Society Annual Meeting in Toronto; 2006.
56. Khan Z H, Arbab S. The diagnostic value of Upper lip Catch test as a single bedside test in predicting difficult laryngoscopy of edentulous patients. Presented at the first symposium on Airway Management in Adult, Child and newborn at Abano-Terme, Italy: 2005.
57. Bilgin H, Ozyurt G. Screening tests for predicting difficult intubation. A clinical assessment in Turkish patients. *Anaesth Intensive Care* 1998; 26: 382-6.
58. Wong SH, Hung CT. Prevalence and prediction of difficult intubation in Chinese women. *Anaesth Intensive Care* 1999; 27: 49-52.
59. Lee A, Fan LT, Gin T, Karmakar MK, Ngan Kee WD. A systematic review (meta-analysis) of the accuracy of the Mallampati tests to predict the difficult airway. *Anesth Analg* 2006; 102: 1867-78.
٦٠. اقتصادی عراقی پیام. ULB دو ایداع از ایران برای پیشینی لوله گذاری دشوار تراشه، شکست دو دهه سکوت. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت ویژه ایران ۱۳۸۲؛ سال ۲۳، شماره ۴۲: صفحات ۶۵ تا ۷۰.
61. Williamson JA, Webb RK, Szekely S, Gillies ER, Dreosti AV. The Australian Incident Monitoring Study. Difficult intubation: an analysis of 2000 incident reports. *Anaesth Intensive Care* 1993; 21: 602-7.
62. Keenan MA, Stiles CM, Kaufman RL. Acquired laryngeal deviation associated with cervical spine disease in erosive polyarticular arthritis. Use of the fiberoptic bronchoscope in rheumatoid disease. *Anesthesiology* 1983; 58: 441-9.
63. Reissell E, Maunuksela EL, Lindgren L. Predictability of difficult laryngoscopy in patients with long-term diabetes mellitus. *Anesthesia* 1990; 45: 1024-27.
64. Randell T, Soderholm AL, Lindqvist C. Is nasotracheal intubation safe in surgery for mandibular cancer? *Arch Otolaryng Head and Neck Surg* 1992; 118: 725-8.
65. Pilkington S, Carli F, Dakin MJ, Romney M, De Witt KA, Dore CJ, et al. Increase in Mallampati score during pregnancy. *Br J Anaesth* 1995; 74: 638-42.
66. Al Ramadhani S, Mohamed LA, Rocke DA, Gouws E. Sternomental distance as the sole predictor of difficult laryngoscopy in obstetric anaesthesia. *Br J Anaesth* 1996; 77: 312-6.
67. Recent trends in tracheal intubation: emphasis on the difficult airway. *Curr Opin Anaesthesiol* 2004; 17: 487-90.
68. Peterson GN, Domino KB, Caplan RA, Posner KL, Lee LA, Cheney FW. Management of the difficult airway: a closed claims analysis. *Anesthesiology* 2005; 103: 33-9.
69. Kraft P, Schebesta K. Alternative management techniques for the difficult airway: esophageal-tracheal Combitube. *Curr Opin Anaesthesiol* 2004; 17: 499-504.
70. Walsh K, Cummins F. Difficult airway equipment in departments of emergency medicine in Ireland: results of a national survey. *Eur J Anaesthesiol* 2004; 21: 128-31.
71. American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. Practice guidelines for management of the difficult airway: an updated report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Management of the Difficult Airway. *Anesthesiology* 2003; 98: 1269-77.
72. Atherton DP, O'Sullivan E, Lowe D, Charters P. A ventilation-exchange bougie for fibreoptic intubations with the laryngeal mask airway. *Anaesthesia* 1996; 51: 1123-6.

73. Bellhouse CP, Dore C. Criteria for estimating likelihood of difficulty of endotracheal intubation with the Macintosh laryngoscope. *Anaesth Intensive Care* 1988; 16: 329-37.
74. Takahata O, Kubota M, Mamiya K, Akama Y, Nozaka T, Matsumoto H, et al. The efficacy of the "BURP" maneuver during a difficult laryngoscopy. *Anesth Analg* 1997; 84: 419-21.
75. Thompson CB, Balasz K, Goltermann J, Eastes L, Ignacio P, Koestner A, et al. Intubation quality assurance thresholds. *Air Med J* 1995; 14: 55-60.
76. Ricard-Hibon A, Leroy N, Magne M, Leberre A, Chollet C, Marty J. Evaluation of acute pain in prehospital medicine. *Ann Fr Anesth Reanim* 1997; 16: 945-9.
77. Rose WD, Anderson LD, Edmond SA. Analysis of intubations before and after establishment of a rapid sequence intubation protocol for air medical use. *Air Med J* 1994; 13: 475-8.
78. Orebaugh SL. Difficult airway management in the emergency department. *J Emerg Med* 2002; 22: 31-48.
79. Adnet F, Borron SW, Finot MA, Lapandry C, Baud FJ. Intubation difficulty in poisoned patients: association with the initial Glasgow Coma score. *Acad Emerg Med* 1998; 5: 123-7.
80. Sakles JC, Laurin EG, Rantapaa AA, Panacek EA. Airway management in the Emergency Department: a one year study of 610 tracheal intubations. *Ann Emerg Med* 1998; 31: 325-32.
81. Carr R, Reyford H, Belani K, Boufflers E, Krivosic-Horber R, Palahnuk R. Evaluation of the Augustine Guide for difficult tracheal intubation. *Can J Anaesth* 1995; 42: 1171-5.
82. el-Ganzouri AR, McCarthy RJ, Tuman KJ, Tanck EN, Ivankovich AD. Preoperative airway assessment: predictive value of a multivariate risk index. *Anesth Analg* 1996; 82: 1197-204.
83. Mallampati SR, Gatt SP, Gugino LD, Desai SP, Waraksa B, Freiberger D, et al. A clinical sign to predict difficult tracheal intubation: a prospective study. *Can Anaesth Soc J* 1985; 32: 429-34.
84. Rosenblatt WH, Wagner PJ, Ovassapian A, Kain ZN. Practice patterns in managing the difficult airway by anesthesiologists in the United States. *Anesth Analg* 1998; 87: 153-90.
85. Benumof JL, Scheller MS. The importance of transtracheal jet ventilation in the management of the difficult airway. *Anesthesiology* 1989; 71: 769-78.
86. Benumof JL. Management of the difficult adult airway. With special emphasis on awake tracheal intubation. *Anesthesiology* 1991; 75: 1087-110.
87. Benumof JL. Use of the laryngeal mask airway to facilitate fiberscope-aided tracheal intubation. *Anesth Analg* 1992; 74: 313-5.
88. Benumof JL. Laryngeal mask airway. Indications and contraindications. *Anesthesiology* 1992; 77: 843-6.
89. Benumof JL. Laryngeal mask airway and the ASA difficult airway algorithm. *Anesthesiology* 1996; 84: 686-99.
90. Bigenzahn W, Pesau B, Frass M. Emergency ventilation using the Combitube in cases of difficult intubation. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 1991; 248: 129-31.
91. Brull SJ, Wiklund R, Ferris C, Connelly NR, Ehrenwerth J, Silverman DG. Facilitation of fiberoptic orotracheal intubation with a flexible tracheal tube. *Anesth Analg* 1994; 78: 746-8.
92. Tashayod ME. Two cases of difficult intubation managed by a hand made device. *Br J Anaesthesia* 2000; 85: 626-8.
93. Barriot P, Riou B, Carli P. L intubation tracheale retrograde. *JEUR* 1992; 5: 67-72.
94. Heath ML, Allagain J. Intubation through the laryngeal mask. A technique for unexpected difficult intubation. *Anesthesia* 1991; 46: 545-8.
95. Boufflers E, Maslowski D, Menu H, Guermouche T, Theeten G, Beague D, et al. Utilisation clinique du COPA. *Ann Fr Anesth Reanim* 1998; 17: 206-9.
96. Staudinger T, Brugger S, Watschinger B, Roggla M, Dielacher C, Lobl T, et al. Emergency intubation with the Combitube: comparison with the endotracheal airway. *Ann Emerg Med* 1993; 8: 1573-75.
97. Orliaguet G. Trachéotomie et cricothyroidotomie en urgence. In: Jepu, Editors. Techniques spécialisées en Anesthésie et Médecine d'urgence. Paris: Arnette; 1993; p. 11-37.

## Airway: Historical background, preoperative assessment and management of elective and emergency airway problems. (review article)

### Abstract

Hossein Khan Z\*  
Arbabi Sh  
Ebrahim Soltani A

Department of Anesthesia  
Tehran University of Medical Sciences

Airway management is one of the most important subjects in medicine. This article reviews the history, assessment of airway prior to anesthesia, techniques and equipment of airway management and management of patients with anticipated and unanticipated difficult airways. This article covers recent literature on airway appliances and devices and their use in different circumstances. Airway assessment methods especially the recent Iranian method have been reviewed and discussed briefly in this article. On the whole the article covers the etiology of difficult airway and offers guidelines for safe practice of anesthesia in patients in whom airway is anticipated to be difficult.

**Keywords:** Airway, Prediction of difficult airway, Airway management, Guidelines.

\* Corresponding author: Dept. of anesthesia, Tehran University of Medical sciences, Imam. Tel: +98-21-66438634 email: khanzh51@yahoo.com